

Avviso normativo SmartLinx DIM

Introduzione

La presente Informativa contiene le informazioni normative relative al prodotto SmartLinx DIM e costituisce pertanto un'estensione della *Guida all'installazione e alla manutenzione SmartLinx DIM*. Descrive in dettaglio le dichiarazioni di conformità di cui il prodotto necessita ai fini della sua certificazione e approvazione. Philips si impegna a fornire prodotti conformi agli standard, alle leggi e alle normative.

Marchi di certificazione



Raccolta differenziata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Direttiva RAEE)



Conformità alle direttive europee applicabili



Certificato da Underwriters Laboratories (UL)



Marchio di conformità normativa australiano (RCM)



Conformità per i prodotti collocati in Gran Bretagna.

Conformità normativa e approvazioni

Unione europea

Per una copia completa della Dichiarazione di conformità CE, contattare il Centro assistenza clienti Philips più vicino.

Direttiva EMC

In base all'articolo 18.2 della direttiva EMC 2014/30/UE, l'utilizzo del DIM SmartLinx è limitato a luoghi diversi da zone residenziali.

Conformità REACH

Ai sensi dell'articolo 33 del regolamento REACH 1907/2006 e dell'introduzione del piombo nell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) da parte dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), Philips ha identificato un componente in SmartLinx DIM contenente piombo in una percentuale superiore allo 0,1% peso/peso. Il connettore seriale DB9 è realizzato in una lega contenente piombo. Questo componente non è destinato al rilascio della sostanza nelle normali o ragionevolmente prevedibili condizioni di utilizzo. SmartLinx DIM è conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE, come illustrato nella sezione dal titolo, *Conformità RoHS e RAEE*.

Conformità RoHS e RAEE

I componenti del DIM SmartLinx non contengono nessuna delle seguenti sostanze (in concentrazioni che superano i limiti legali):

- Piombo
- Mercurio
- Cadmio
- Cromo esavalente
- Bifenili polibromurati (PBB)
- Eteri di difenile polibromurato (PBDE)
- Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP)
- Benzil butil ftalato (BBP)
- Dibutil ftalato (DBP)
- Diisobutil ftalato (DIBP)

Nell'Unione Europea, questo prodotto e i relativi cavi devono essere raccolti separatamente e non smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Per i dettagli, fare riferimento alla sezione intitolata Smaltimento nel presente documento.

Cromo, piombo, mercurio o cadmio non sono aggiunti intenzionalmente ai materiali di imballaggio e non sono presenti in una concentrazione cumulativa superiore a 100 ppm come impurità accidentali. Per il materiale da imballaggio non vengono utilizzati materiali plastici o polimeri alogenati. L'imballaggio è conforme alla Direttiva del Consiglio 94/62/CE.

Gran Bretagna

Per una copia completa della Dichiarazione di conformità UKCA, contattare il Centro assistenza clienti Philips più vicino.

Conformità RoHS

SmartLinx DIM NON contiene alcuna delle seguenti sostanze (in concentrazioni che superano i limiti legali):

- Piombo
- Mercurio
- Cadmio
- Cromo esavalente
- Bifenili polibromurati (PBB)
- Eteri di difenile polibromurato (PBDE)
- Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP)
- Benzil butil ftalato (BBP)
- Dibutil ftalato (DBP)

Stati Uniti

Commissione federale delle comunicazioni

SmartLinx DIM è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto a due condizioni:

- Questo dispositivo non deve provocare interferenze dannose
- Il dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

Avviso: eventuali modifiche o alterazioni non espressamente approvate da Philips potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Nota: questa apparecchiatura è stata collaudata ed è risultata conforme ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati concepiti per fornire una protezione adeguata contro le interferenze dannose in un'installazione in ambiente di tipo residenziale. Questo dispositivo genera, utilizza e può irradiare energia sotto forma di radiofrequenze. Se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose per le comunicazioni radio. Tuttavia, non c'è nessuna garanzia che non si verifichino interferenze in una determinata installazione. Se questo apparecchio dovesse causare interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, determinabili tramite accensione o spegnimento dell'apparecchio, l'utente è incoraggiato a provare di correggere le interferenze adottando almeno una delle misure di seguito riportate:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza di separazione tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il fornitore o un tecnico radio/TV esperto.

Standard

Settore	Standard
EMC/EMI	<ul style="list-style-type: none">• FCC 47 CFR Parte 15 Sottoparte B• CAN ICES-003 B/NMB-003 B• CISPR 32• CISPR 35
Sicurezza	UL 60950-1 IEC 62368-1

Smaltimento

Dopo l'utilizzo di SmartLinx DIM, saranno accumulati rifiuti solidi che richiedono lo smaltimento o il riciclaggio adeguati.

Riciclaggio e ambiente

Lo smaltimento non corretto di apparecchiature IT e medicali può avere effetti negativi o sulla salute e l'ambiente. Si consiglia di smaltire tutti i prodotti Capsule in una struttura appropriata per consentirne il recupero e il riciclaggio. È possibile anche riciclare l'imballaggio e i manuali in base alle normative di riciclaggio locali.

Nell'Unione Europea, Philips può offrire gratuitamente ai propri clienti soluzioni di ritiro e riciclaggio. Se desideri che i vecchi prodotti Capsule vengano riciclati, consultare il Portale clienti Philips o contattare il Centro assistenza clienti Philips più vicino.

Nota legale

© Koninklijke Philips N.V. e/o le sue società affiliate 2025. Tutti i diritti riservati.

Questo prodotto e la relativa documentazione sono protetti da copyright e distribuiti su licenza che ne limita l'uso, la copia, la distribuzione e la decompilazione. È vietato riprodurre qualsiasi parte del prodotto o della relativa documentazione in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo senza previa autorizzazione scritta di Koninklijke Philips N.V. e/o delle sue società affiliate.

Questi dati tecnici potrebbero essere soggetti alle leggi statunitensi e internazionali sull'esportazione, la riesportazione o il trasferimento ("esportazione"). È severamente proibita qualsiasi azione non conforme alle leggi statunitensi e internazionali.

Il logo Capsule è un marchio registrato di Koninklijke Philips N.V. e/o delle sue società affiliate negli Stati Uniti, nell'UE e in altri Paesi. Tutti gli altri marchi di fabbrica, marchi di servizi, marchi registrati e marchi di servizi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.

L'hardware e il software di Koninklijke Philips N.V. e/o le sue società affiliate vengono forniti soggetti a tutte le licenze e le limitazioni di terze parti contenute nel file elettronico "informativa di terze parti" incluso come parte del software o disponibile su richiesta da Koninklijke Philips N.V. e/o le sue società affiliate.

DHF19255

DOC. 2024-051